



UNTERSUCHUNGSFINGERLING

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der helltransparente, gerollte, puderfreie Untersuchungsfingerling aus Latex dient zur rektalen Untersuchung.
Die Wandstärke ist $\geq 0,15$ mm am Schaft und $\geq 0,2$ mm an der Fingerspitze.

Zusammensetzung

Latex
Es werden keine Thiurame, Toluene oder Harnstoffe verwendet

Normative und gesetzliche Anforderungen

Untersuchungsfingerling ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 5, eingestuft.

Die Virendichtigkeit ist bestätigt nach **ASTM F1671-07**.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.
Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

